

Date : 12-6-2017 10:48:44
From : [redacted] (WVL)"
To : [redacted]@b-ware.eu
Subject : RE: datum rapport
Attachment : image001.jpg;

Beste

Dank voor je reactie

Dan hou ik voor de nullen de onderste opgegeven waarden aan(ook al kloppen deze dan niet geheel)

Mvg [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]
Verzonden: maandag 12 juni 2017 10:44
Aan: [redacted] (WVL)
Onderwerp: RE: datum rapport

Beste [redacted]

Ik heb het nogmaals gecontroleerd.

De door mij gearceerde vlakken zijn inderdaad zoals zojuist telefonisch vermeld bij de ICP analyse van het destruaat op de ICP (destructie van 200 mg droge bodem in demiwater verdund) beneden de detectielimiet. Indien de uit deze analyse voortgekomen concentratie lagen is als onze detectielimiet heb ik de waarde oranje gekleurd. Vervolgens is de uit de analyse voortgekomen waarde door gerekend van 200 mg droge bodem naar concentratie per kilogram droge bodem. Hierdoor kan de uit de analyse naar voren gekomen concentratie per kilogram bodem soms hoger zijn als de detectielimiet. Aangezien deze tijdens de oorspronkelijk meting beneden de detectielimiet was is deze waarde dus niet goed te vertrouwen en zal dus als kleiner dan detectielimiet opgegeven moeten worden.

Ik heb ook nog even de detectielimieten in de kolommen onderaan toegevoegd.

Ik hoop dat je hiermee vooruit kunt, zo niet hoor ik het graag. Indien zaken niet helder zijn, kun je me direct even bellen.





Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]

Verzonden: maandag 12 juni 2017 09:53

Aan: [redacted]@b-ware.eu>; [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>

Onderwerp: RE: datum rapport

Hoi

Ik koop eigenlijk dat je nu even tijd hebt want anders kan ik niet verder

Mvg [redacted]

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@b-ware.eu]

Verzonden: maandag 12 juni 2017 9:52

Aan: [redacted] (WVL); [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: RE: datum rapport

Beste [redacted]

Ik ben vanmiddag goed telefonisch bereikbaar [redacted]



Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.

Van: [redacted] (WVL) [mailto:[redacted]@rws.nl]

Verzonden: maandag 12 juni 2017 09:44

Aan: [redacted]@b-ware.eu>; [redacted]@Vallei-Veluwe.nl>

CC: [redacted]@b-ware.eu>

Onderwerp: RE: datum rapport

Beste [redacted]

Mag ik je nog even bellen, want ik zie wel heel veel waarden onder de detectiegrens ook die erboven liggen?? Begrijp niet geheel goed waarom er zoveel oranje gekleurd is .
Mvg [redacted]

Van: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@b-ware.eu](mailto:[redacted]@b-ware.eu)]

Verzonden: maandag 12 juni 2017 9:24

Aan: [redacted]

CC: [redacted] (WVL); [redacted]

Onderwerp: RE: datum rapport

Beste [redacted],

Ik zal straks nog even op je eerdere mail antwoorden (overzichtje met aanpassingen) en ben vandaag met de rapportage in de weer.

Ik houd er rekening mee dat ik vandaag de toetsingsresultaten krijg en deze vervolgens morgen in de rapportage kan verwerken. Uiteraard zal ik de hieruit voortkomende resultaten ook meenemen in de conclusies en aanbevelingen.

En als dit alles volgens planning verloopt kan ik woensdag zoals afgesproken een tussenrapportage opleveren.



Op alle diensten en/of werkzaamheden verricht uit hoofde van een gesloten overeenkomst met de besloten vennootschap Onderzoekcentrum B-WARE B.V., gevestigd te Nijmegen, alsmede op alle aanbiedingen van Onderzoekcentrum B-WARE B.V., zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09131250.

Van: [redacted] [[mailto:\[redacted\]@Vallei-Veluwe.nl](mailto:[redacted]@Vallei-Veluwe.nl)]

Verzonden: vrijdag 9 juni 2017 16:52

Aan: [redacted] [[@b-ware.eu](mailto:[redacted]@b-ware.eu)]

CC: [redacted] (WVL) <etta.ten.kate@rws.nl>; [redacted] [[@b-ware.eu](mailto:[redacted]@b-ware.eu)]

Onderwerp: datum rapport

[redacted]

[redacted] levert alle toetsingen maandag a.s. aan volgens het door jullie afgestemde format.

Rest de vraag aan jou of er dan inderdaad **woensdag 14 juni a.s.** het tussenrapport kan liggen, incl. alle gewenste en besproken aanpassingen en incl. verklaring bodemprocessen en gevolgen zware metalen.
De toetsing van het grondwater moet worden opgenomen in conclusies en aanbevelingen

Goed weekend



Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.